



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
6<sup>η</sup> Υ.Π.Ε. ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
Δ/ρ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ

2020/16/04/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ.: ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2721363128 έως 130  
FAX: 2721046129  
E-MAIL: promithies@nosokomeiokalamatas.gr

### ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Σχετικά με τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «**Ηλεκτρικών Κλινών με Τραπεζοτουαλέτες (Αρ. Διακ.: ΔΗΜ.24/2019 (Αρ. Διακήρυξης ΕΣΗΔΗΣ: 83309)** του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, διευκρινίζουμε τα κάτωθι σχετικά με την αποδεκτή απόκλιση των διαστάσεων των ζητούμενων ειδών.

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ +- (ορισμός περίπου)
1	<b>Χαρακτηριστικά Κλίνης</b> 3. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων περίπου 200 x 85 cm, αποτελούμενη από 4 τμήματα: πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό, το οποίο δύναται να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Τα επιμέρους τμήματα να δύνανται να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους.	+/-10%
2	<b>Χαρακτηριστικά Κλίνης</b> 8. Το κρεβάτι να διαθέτει πλαϊνά αναδιπλούμενα προστατευτικά κάγκελα 3/4 στην κάθε πλευρά της κλίνης (2 στο σύνολο) και ύψος περίπου 40 εκ για την μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Να είναι ενσωματωμένα στο ερεισίνωτο της κλίνης (να ακολουθούν τις κινήσεις του ερεισίνωτου) και να ρυθμίζονται καθ' ύψος.	+/-15%
3	<b>Χαρακτηριστικά Κλίνης</b> 10. Να μπορεί απαραίτητως να ρυθμιστούν ηλεκτρικά οι ακόλουθες θέσεις και να διαθέτει μπαταρία για την επίτευξη των κινήσεων αυτών, σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος ή μετακίνησης της κλίνης. α. Ύψος από 35-80 cm περίπου, για την εύκολη εξέταση και τοποθέτηση του ασθενούς. β. Τμήματος πλάτης περίπου 60° μοίρες.	α. Ύψος +/-15% β. Τμήματος πλάτης -10% + δεν τίθεται περιορισμός
5	<b>Χαρακτηριστικά Στρώματος</b> 5. Το στρώμα να είναι ελαφρύ, το μέγεθός του ανάλογο των διαστάσεων της κλίνης και κατάλληλο για βάρους ασθενή 150 κιλά περίπου.	-10% + δεν τίθεται περιορισμός

6	<b>Χαρακτηριστικά Κομοδίνου με τραπεζοτουαλέτα</b> 3. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου ( $\pm 20\%$ ) 55 x 50 x 90 cm (M x Π x Υ).	+20%
7	<b>Χαρακτηριστικά Κομοδίνου με τραπεζοτουαλέτα</b> 4. Να είναι τροχήλατο με τέσσερις (4) διπλούς περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου περίπου 5 εκ των οποίων οι δύο να διαθέτουν σύστημα φρένων.	-10% + δεν τίθεται περιορισμός
8	<b>Χαρακτηριστικά Κομοδίνου με τραπεζοτουαλέτα</b> 7. Να διαθέτει ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα αναδιπλούμενη στο πλάι του κομοδίνου ή ανεξάρτητη τροχήλατη η οποία να προσαρμόζεται με το κομοδίνο κατάλληλη για ανασήκωση φορτίου 10 κιλών περίπου	+10%
9	<b>Χαρακτηριστικά Κομοδίνου με τραπεζοτουαλέτα</b> 8. Οι διαστάσεις της τραπεζοτουαλέτας να είναι περίπου 55 x 40 cm και να αυξομειώνεται καθ ύψος από 70 έως 100 εκατοστά περίπου.	+20%

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



*Ol*

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΚΕΑ