



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η Υ.Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ.: ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2721363128, 130,137
E-MAIL: promithies@nosokomeiokalamatas.gr**

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Σχετικά με τη διακήρυξη **47/2022 (Αρ. Διακήρυξης ΕΣΗΔΗΣ: 178870)** του Ανοικτού Διεθνούς Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας και κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος, σας γνωστοποιούμε το κάτωθι:

Στο Παράρτημα ΙΙ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ σελίδες 72 - 73 της Διακήρυξης στο τμήμα Γ. β) Προδιαγραφές ημιαυτόματου συστήματος με τεχνική γέλης αναφέρεται εσφαλμένα το κάτωθι:

"Δοσομετρητής διαλυμάτων
Με δυνατότητα διανομής 500 ml & 1000 ml."

αντί του ορθού:

"Δοσομετρητής διαλυμάτων
Με δυνατότητα διανομής 500 μl & 1000 μl."

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΚΕΑ

