



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ: 27213-63128, 130, 137
E-MAIL: promithies@nosokomeiokalamatas.gr

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ. 64/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία 18/12/2023 Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα: 13:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γ.Ν Μεσσηνίας , Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	7131
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Τακτικός Προϋπολογισμός
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	33140000-3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	5.893,72€
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΜΧ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	3 ΜΗΝΕΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007)

γ) Του Ν. 4052/1-03-2012

δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ε) Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

στ) Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α'74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.

ζ) Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α'/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

η) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

θ) Την υπ' αριθμ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94)

ι) Του Ν. 4497/2017 περί άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 171/Α/2017), άρθρο 107 («Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α' 147)»)

2. Τις Αποφάσεις:

2.1 Το με αριθμ. πρωτ. **853/27-03-2018** διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΚΑΠΥ.

2.2 Την υπ'αριθμ. **4/20.02.2023 (Θ:9)** Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας για έγκριση πινάκων προγραμματισμού υπηρεσιών -προμηθειών διαχειριστικού έτους 2023-2024 του Γ.Ν.Μεσσηνίας.

2.3 Την υπ' αριθμ. **9/30-04-2020 (Θ:33)** Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.

2.4 Την με αριθ. Πρωτ. **25579/17.11.2023** απόφαση Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας με θέμα: «Έγκριση της συγκρότησης διαφόρων επιτροπών σύμφωνα με τον Ν. 4024/2011 αρ. 26».

2.5 Την υπ' αριθ. **25524/17-11-2023** Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (**ΑΔΑ: 6ΖΒΘ4690ΒΦ-ΟΗΕ**) για τη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας .

2.6 Τον υπ'αριθμ. **06/2023** Δημόσιο διαγωνισμό για Αναλώσιμο Υγειονομικό υλικό, ο οποίος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

2.7 Το υπ'αριθμ. **22576/12.10.2023** αίτημα της Νοσ/κής υπηρεσίας σύμφωνα με το οποίο υπάρχει επιτακτική ανάγκη κάλυψης των αναγκών του Νοσοκομείου σε ροόμετρα για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων αυτού.

2.8 Την υπ' αριθμ. **41/05-12-2023 (Θ: ΕΗΔ9)** Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την Επανάληψη του Διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ για τις ανάγκες του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας) συνολικού προϋπολογισμού **4.753,00€ πλέον ΦΠΑ 1.140,72€ ήτοι στο σύνολο 5.893,72€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής** ως ο κάτωθι πίνακας:

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ, CPV: 33140000-3							
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ							
A/A		ΚΑΕ	M/M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ M/M	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	Ροόμετρα επιτοίχια διπλής ροής με υγραντήρα	7131	TMX	41	83,00	3.403,00	4.219,72
2	Ροόμετρα επιτοίχια μονής ροής με υγραντήρα	7132	TMX	6	50,00	300,00	372,00
3	Ροόμετρα κινητής φιάλης O2	7131	TMX	15	70,00	1.050,00	1.302,00
						4.753,00	5.893,72

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή : Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας)
 Διεύθυνση Αντικάλamos Μεσσηνίας TK 24100, Καλαμάτα Τηλέφωνο : 27213-63128,130, 137
 E-mail: promithies@nosokomeiokalamatas.gr Πληροφορίες: Κόκκαλη Κ., Μπενέτου Β.

2. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρωτόκολλο Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας	18/12/2023 Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 11:00	Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, Αντικάλamos Μεσσηνίας, Τ.Κ 24100, Καλαμάτα	28/12/2023 Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 13:00

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι τις **18/12/2023** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00** στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Διευθ.: Αντικάλamos Μεσσηνίας, ΤΚ 24100, Καλαμάτα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στις **18/12/2023** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ 13:00**.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: <http://www.eprocurement.gov.gr>, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. **Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. και αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δδ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του

N.4412/2016).

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

- Η αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.
- Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές είναι δυνατό:

α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και **18/12/2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 11:00**

β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και πρέπει να μονογράφονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

2.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

3.1. Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

3.2. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.3. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα:

- Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
- Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
- Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
- Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
- Ανάδειξη αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ήτοι η χαμηλότερη προσφερόμενη για το ενιαίο Τμήμα συνολική τιμή, χωρίς Φ.Π.Α.

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.
2. Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.
3. Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

A) Τιμή χωρίς ΦΠΑ

B) Σύνολο προσφερόμενης τιμής

Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ

Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

- **Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή του Παρατηρητηρίου τιμών όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών (Ν.4052/2012 άρθρο 14 παρ. 7), εφόσον υπάρχει.**

4. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, **ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς.** Ως **ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί** νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την προμήθεια ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.
8. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αντιστοιχίζονται.
9. Ορίζει χρόνο υλοποίησης της υπηρεσίας μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παρούσα, ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή δεν αναφέρεται καθόλου, παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
10. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται
 - Προσφορές που κατατίθενται μετά την **18/12/2023** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00** είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
 - Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατό είκοσι ημέρες (120) .

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής προβλέπεται η άσκηση ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 Ν.4782/2021.

11. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, **προσκομίζοντας μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε περίπτωση που έχουν λήξει τα ήδη κατατεθέντα :**

- Φορολογική ενημερότητα.
- Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, **κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου.** Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.

12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση των υλικών γίνεται **εξολοκλήρου ή τμηματικά** ανάλογα με τις ανάγκες και

κατόπιν παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα.

Η παραλαβή πραγματοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 221 , παρ.11β του Ν.441/2016.

Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

13. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα και με το άρθρο 13. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.

2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/2016.

4. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής

5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.

Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.

15. ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ' ολοκλήρου ή τμημάτων του διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες.

Η ανωτέρω πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η Διοικήτρια

ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΙΦΕΡΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ

1. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΔΙΠΛΟ) ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

ΡΟΟΜΕΤΡΟ

1. Το κάθε σύστημα να περιλαμβάνει δύο Ροόμετρα με Υγραντήρα σε διάταξη "V", με απευθείας σύνδεση στην κεντρική λήψη του νοσοκομείου.
2. Να είναι ικανότητας παροχής 0-15 Litr/min με πίεση εισόδου 3,0-5,0 Kgr/cm².
3. Να διαθέτει (κάθε στήλη-ροόμετρο) επιλογέα εξόδου δύο (2) τουλάχιστον θέσεων. Η μία έξοδος να είναι για τη σύνδεση υγραντήρα (σπειρώματος 9/16" UNF outlet) .Η άλλη έξοδος να είναι ακροφύσιο ανθεκτικό στις δυνάμεις κάψης, εφελκυσμού & στρέψης (αν δυνατόν μεταλλικό) κατάλληλο για σύνδεση σωλήνων Έτσι ώστε στο ροόμετρο να έχουμε συνδεδεμένα ταυτόχρονα τον υγραντήρα και τη μάσκα- νεφελοποιητή, επιλέγοντας κατά βούληση χορήγηση οξυγόνου μέσω μίας ή της άλλης εξόδου.
4. Να διαθέτει φίλτρο στην είσοδο του ροόμετρου.
5. Η μέτρηση της ροής να γίνεται με τη βοήθεια διαβαθμισμένης στήλης με μπίλια και κλίμακας ρύθμισης σε λίτρα ανά λεπτό (lt/min). Η διαβάθμιση των ενδείξεων μέτρησης να ξεκινά από 0,5 lt/min αυξανόμενη ανά 0,5 lt/min μέχρι τα 5 lt/min και να συνεχίζει αυξανόμενη ανά 1 lt/min έως και τα 15 lt/min.
6. Να συνδέεται σε επίτοιχες λήψεις οξυγόνου μέσω ταχυσυνδέσμου απόλυτα συμβατού με την υφιστάμενη εγκατάσταση (προτύπου AFNOR), ώστε να εξασφαλιστεί η απλή, ταχεία και ασφαλή σύνδεση (αποκλείοντας κατά λάθος σύνδεση σε λήψεις άλλων αερίων ή κενού)
7. Το υλικό κατασκευής θα είναι τέτοιο, ώστε να εξασφαλίζεται ηλεκτρική αγωγιμότητας μεταξύ εισόδου και εξόδου της συσκευής.
8. Η όλη κατασκευή του ροόμετρου θα είναι απλή και μεγάλης ανθεκτικότητας σε κτυπήματα και πτώσεις (για εξασφάλιση μακροζωίας, περιορισμό των βλαβών και ταχύτητα επισκευών), ασφαλής και περιορισμένων διαστάσεων.
9. Απαραιτήτως να κατατεθούν προσπέκτους του οίκου κατασκευής, όπου μέσα από σχεδιαγράμματα ή καμπύλες θα βεβαιώνεται η αξιοπιστία και η ακρίβεια του προσφερόμενου είδους.
10. Να πληροί τις διεθνής προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει CE mark.

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

1. Το ροόμετρο θα συνοδεύεται από Υγραντήρα.
2. Να είναι τύπου αναδυόμενων φουσαλίδων, πολλαπλών χρήσεων, εύκολα αποσπώμενου - εφαρμοζόμενου με το χέρι (χωρίς χρήση εργαλείων), με κοχλία αντίστοιχου σπειρώματος της εξόδου του ροομέτρου του.
3. Να έχει τη δυνατότητα αποστείρωσης.

4. Η χωρητικότητα σε νερό να είναι περίπου 180 – 250 ml με μέγιστη τιμή πίεσης που θα μπορεί να δεχθεί μεγαλύτερη των 4 bar και στο καπάκι να έχει ενσωματωμένη ασφαλιστική διάταξη εκτόνωσης.
5. Η φιάλη νερού να είναι διάφανη και να έχει ενδείξεις μέγιστης και ελάχιστης στάθμης νερού.
6. Να πληροί τις διεθνής προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει CE mark.

Το όλο σύστημα να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών, και να υποστηρίζονται από τεχνική κάλυψη και ανταλλακτικά δέκα (10) ετών συνολικά

2. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΟΝΟ) ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

ΡΟΟΜΕΤΡΟ

1. Να είναι ικανότητας παροχής 0-15 Litr/min με πίεση εισόδου 3,0-5,0 Kgr/cm².
2. Να διαθέτει (κάθε στήλη-ροόμετρο) επιλογή εξόδου δύο (2) τουλάχιστον θέσεων. Η μία έξοδος να είναι για τη σύνδεση υγραντήρα (σπειρώματος 9/16" UNF outlet) .Η άλλη έξοδος να είναι ακροφύσιο ανθεκτικό στις δυνάμεις κάψης, εφελκυσμού & στρέψης (αν δυνατόν μεταλλικό) κατάλληλο για σύνδεση σωλήνων Έτσι ώστε στο ροόμετρο να έχουμε συνδεδεμένα ταυτόχρονα τον υγραντήρα και τη μάσκα- νεφελοποιητή, επιλέγοντας κατά βούληση χορήγηση οξυγόνου μέσω μίας ή της άλλης εξόδου.
3. Να διαθέτει φίλτρο στην είσοδο του ροόμετρου.
4. Η μέτρηση της ροής να γίνεται με τη βοήθεια διαβαθμισμένης στήλης με μπίλια και κλίμακας ρύθμισης σε λίτρα ανά λεπτό (lt/min). Η διαβάθμιση των ενδείξεων μέτρησης να ξεκινά από 0,5 lt/min αυξανόμενη ανά 0,5 lt/min μέχρι τα 5 lt/min και να συνεχίζει αυξανόμενη ανά 1 lt/min έως και τα 15 lt/min.
5. Να συνδέεται σε επίτοιχες λήψεις οξυγόνου μέσω ταχυσυνδέσμου απόλυτα συμβατού με την υφιστάμενη εγκατάσταση (προτύπου AFNOR), ώστε να εξασφαλιστεί η απλή, ταχεία και ασφαλή σύνδεση (αποκλείοντας κατά λάθος σύνδεση σε λήψεις άλλων αερίων ή κενού)
6. Το υλικό κατασκευής θα είναι τέτοιο, ώστε να εξασφαλίζεται ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταξύ εισόδου και εξόδου της συσκευής.
7. Η όλη κατασκευή του ροόμετρου θα είναι απλή και μεγάλης ανθεκτικότητας σε κτυπήματα και πτώσεις (για εξασφάλιση μακροζωίας, περιορισμό των βλαβών και ταχύτητα επισκευών), ασφαλής και περιορισμένων διαστάσεων.
8. Απαραιτήτως να κατατεθούν προοπτικούς του οίκου κατασκευής, όπου μέσα από σχεδιαγράμματα ή καμπύλες θα βεβαιώνεται η αξιοπιστία και η ακρίβεια του προσφερόμενου είδους.
9. Να πληροί τις διεθνής προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει CE mark.

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

1. Το ροόμετρο θα συνοδεύεται από Υγρανήρα.
2. Να είναι τύπου αναδυσόμενων φυσαλίδων, πολλαπλών χρήσεων, εύκολα αποσπώμενου - εφαρμοζόμενου με το χέρι (χωρίς χρήση εργαλείων), με κοχλία αντίστοιχου σπειρώματος της εξόδου του ροομέτρου του.
3. Να έχει τη δυνατότητα αποστείρωσης.
4. Η χωρητικότητα σε νερό να είναι περίπου 180 – 250 ml με μέγιστη τιμή πίεσης που θα μπορεί να δεχθεί μεγαλύτερη των 4 bar και στο καπάκι να έχει ενσωματωμένη ασφαλιστική διάταξη εκτόνωσης.
5. Η φιάλη νερού να είναι διάφανη και να έχει ενδείξεις μέγιστης και ελάχιστης στάθμης νερού.
6. Να πληροί τις διεθνής προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει CE mark.

Το όλο σύστημα να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών, και να υποστηρίζονται από τεχνική κάλυψη και ανταλλακτικά δέκα (10) ετών συνολικά

3. ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ

ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΒΗΜΑΤΙΚΟ

1. Να είναι ικανότητας παροχής 0-15 Litr/min
2. Να διαθέτει μανόμετρο ένδειξης πίεσης της φιάλης .
3. Η μέτρηση της ροής να γίνεται βηματικά από 0lt/min έως και τα 15 lt/min.
4. Να συνδέεται σε φιάλη οξυγόνου (O2) με κλείστρο τύπου βιδωτού ,εύκολα, χωρίς την χρήση εργαλείων .
5. Η όλη κατασκευή του ροομέτρου θα είναι απλή και μεγάλης ανθεκτικότητας σε κτυπήματα και πτώσεις (για εξασφάλιση μακροζωίας, περιορισμό των βλαβών), ασφαλής και περιορισμένων διαστάσεων.
6. Απαραίτητως να κατατεθούν προσπέκτους του οίκου κατασκευής, όπου μέσα από σχεδιαγράμματα ή καμπύλες θα βεβαιώνεται η αξιοπιστία και η ακρίβεια του προσφερόμενου είδους.
- 7 Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης του ροομέτρου με υγρανήρα.
8. Να πληροί τις διεθνής προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει CE mark.

Το όλο σύστημα να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών, και να υποστηρίζονται από τεχνική κάλυψη και ανταλλακτικά δέκα (10) ετών συνολικά

23PROC013945316 2023-12-12

...