



23PROC012861281 2023-06-13

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΗΛ: 27213-63128, 130

E-MAIL: promithies@nosokomeiokalamatas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ. 17/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία 30/06/2023 Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γ.Ν Μεσσηνίας , Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	1311
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Τακτικός Προϋπολογισμός
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	39225730-1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	30.642,52 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 6% και 24%
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΜΧ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ΕΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007)

γ) Του Ν. 4052/1-03-2012

δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ε) Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

στ) Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.

ζ) Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α'/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

η) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

θ) Την υπ' αριθμ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94)

ι) Του Ν. 4497/2017 περί άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 171/Α/2017), άρθρο 107 («Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α' 147)»)

2. Τις Αποφάσεις:

2.1 Το με αριθμ. πρωτ. **853/27-03-2018** διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΚΑΠΥ.

2.2 Την υπ' αριθμ. **4/20-02-2023 (Θ: 8)** Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας πινάκων προγραμματισμού Προμηθειών-Υπηρεσιών κάτω των 30,00,00€ έτους 2023-2024 του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας)».

2.3 Την υπ' αριθμ. **14/16-05-2023 (Θ:29)** Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.

2.4 Την με αριθ. Πρωτ. **13249/12-06-2023** απόφαση του Δ.Σ. Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με τη συγκρότηση διαφόρων επιτροπών σύμφωνα με τον Ν. 4024/2011 αρ. 26».

2.5 Την υπ' αριθ. **13228/12-06-2023** Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης **(ΑΔΑ: Ψ0ΤΗ4690ΒΦ-ΕΕ1)** για τη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την προμήθεια **ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ** ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας) συνολικού προϋπολογισμού **25.023,81 € πλέον ΦΠΑ 6% και 24% 5.618,71€** ήτοι στο σύνολο **30.642,52 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ως ο κάτωθι πίνακας:

ΦΙΑΛΙΔΙΑ CPV: 39225730-1 ΚΑΕ: 1311							
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ							
A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ. ΠΑΡ/ΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ Μ/Μ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ NAT ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ), ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X100MM, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6ML ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 10,8MG EDTA K2	TMX	10.000	16.4.158	0,0790	790,00 €	979,60
2	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ, ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΧΩΡΙΣ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ						
2α	ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X100MM, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6ML	TMX	30.000	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	0,0488	1.464,00 €	1.815,36
2β	ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 16X100MM, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 9ML	TMX	100.000	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	0,0636	6.360,00 €	7.886,40

3	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ, ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ SODIUM CITRATE 3,2%-0,109M, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X75MM, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2,7ML ΠΕΡΙΠΟΥ	TMX	62.000	16.4.1 25	0,0466	2.889,20 €	3.582,61
4	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X75MM, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3ML ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 5,4 MG EDTA -K3	TMX	100.50 0	16.4.2 4	0,0407	4.090,35 €	5.072,03
5	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ - ΝΕΟΓΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΣΚΑΦΑΚΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΟΥ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ, ΠΡΟΣΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΟΣ, ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ					0,00 €	0,00
5α	ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ: 250- 500 ml	TMX	1.000	16.4.3 0	0,2139	213,90 €	265,24
5β	ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ: 400-600 ml	TMX	1.000	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣ ΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	0,0960	96,00 €	119,04

6	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ α) 21G, β) 22G ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΕΒΑ, ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΕΜΦΑΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΨΙΜΑ.	TMX	200	4.6.22	0,3000	60,00 €	74,40
7	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΓΚΟΛΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΕΒΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ. ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ 178 MM). Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ, ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΦΑΝΗ, ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ. Α) 21G, Β) 23G, Γ) 25G.	TMX	100	23.1.9 3	0,4390	43,90 €	54,44
8	ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ α) ΣΕ ΒΕΛΟΝΕΣ Ή ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ, β) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΘΥ ΑΥΛΟ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΙΜΟΛΥΣΕΩΣ, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΑΚΡΟ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	TMX	100	23.3.9	0,8090	80,90 €	100,32
9	Σωληνάρια RIA 5ml διαφανή πλαστικά	TMX	12.000	16.4.1 53	0,0057	68,40 €	84,82
10	Σωληνάρια γυάλινα δοκιμαστικά άνευ χείλους διαστ. 16/17x160 PYREX	TMX	5.000	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣ ΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	0,0950	475,00 €	589,00
11	Σωληνάρια κωνικά πλαστικά άνευ χείλους	TMX	38.000	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣ ΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	0,0289	1.098,20 €	1.361,77
12	Σωληνάρια μικροαιματοκρίτη χωρίς ηπαρίνη	TMX	15.000	14.3.7	0,0064	96,00 €	119,04
13	Σωληνάρια αποστειρωμένα με θρεπτικό υλικό και στυλεό, έξω από το σωληνάριο (για καλλιέργεια κοιλιακού υγρού)	TMX	2.000	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣ ΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	0,1480	296,00 €	367,04
14	Σωληνάρια για άμεσο κοιλιακό υγρό	TMX	200	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣ ΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	0,5500	110,00 €	136,40
15	Φιαλίδια μεταφοράς ούρων & ουροκαλλιέργειας αποστειρωμένα, με βιδωτό πώμα 100-120 ml	TMX	42.000	16.2.2 7	0,0520	2.184,00 €	2.708,16
16	Φιαλίδια μεταφοράς ούρων μη αποστειρωμένα, με βιδωτό πώμα 100-120 ml	TMX	7.280	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣ ΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	0,0945	687,96 €	853,07

17	Σωληνάρια για ορολογικό έλεγχο αίματος χωρητικότητας 8-10ml. Διαστ. 16X10 mm χωρίς αντιπηκτικό και με GEL διαχωρισμού, εύκολης διάτρησης με πιεστό πώμα ασφαλείας, κενού αέρα	TMX	10.000	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	0,0928	928,00 €	1.150,72	
18	Σωληνάρια για μοριακό έλεγχο αίματος διαστάσεων 16X100mm με πιεστό πώμα ασφαλείας	TMX	10.000	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	0,0842	842,00 €	1.044,08	
19	Ειδικά φιαλίδια PRESERVCYT 20ML για ΠΑΠ ΤΕΣΤ.(γαλαζιο)	TMX	500	16.2.8 1	4,3000	2.150,00 €	2.279,00	ΦΠΑ 6%
					ΣΥΝΟΛΟ	25.023,81 €	30.642,52 €	

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα Αρχή : Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας)
Διεύθυνση Αντικάλamos Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα Τηλέφωνο : 27213-63128,130, 137
E-mail: promithies@nosokomeiokalamatas.gr Πληροφορίες: Φ.Μαντά., Α.Αγγελή.

2. Τόπος-Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρωτόκολλο Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας	29/06/2023 Ημέρα ΠΕΜΠΤΗ Ώρα 14:30	Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, Αντικάλamos Μεσσηνίας, Τ.Κ 24100, Καλαμάτα	30/06/2023 Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 10:00π.μ.

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι τις **29/06/2023** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** 14:30μ.μ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Διευθ.: Αντικάλamos Μεσσηνίας, ΤΚ 24100, Καλαμάτα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της, Διευθ.: Αντικάλamos Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα, στις **30/06/2023**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **10:00π.μ.**

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: <http://www.eprocurement.gov.gr>, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. **Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. και αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δδ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).

β. **Φορολογική ενημερότητα**

γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

- Η αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.
- Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές είναι δυνατό:

α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και **29/06/2023, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00.**

β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».**

6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και πρέπει να μονογράφονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

2.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

3.1. Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

3.2. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.3. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα:

- Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
- Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
- Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
- Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
- Ανάδειξη αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ήτοι η χαμηλότερη προσφερόμενη για το ενιαίο Τμήμα συνολική τιμή, χωρίς Φ.Π.Α.

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.
2. Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.
3. Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

A) Τιμή χωρίς ΦΠΑ

B) Σύνολο προσφερόμενης τιμής

Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ

Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

- **Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή του Παρατηρητηρίου τιμών όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών (Ν.4052/2012 άρθρο 14 παρ. 7), εφόσον υπάρχει.**

4. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, **ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς.** Ως **ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί** νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την προμήθεια ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, **απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:**

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.
8. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αντιστοιχίζονται.
9. Ορίζει χρόνο υλοποίησης της υπηρεσίας μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παρούσα, ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή δεν αναφέρεται καθόλου, παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
10. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται
 - Προσφορές που κατατίθενται μετά την **29/06/2023, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00** , είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
 - Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατό είκοσι ημέρες (120) .

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής προβλέπεται η άσκηση ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016).

11. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, **προσκομίζοντας μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε περίπτωση που έχουν λήξει τα ήδη κατατεθέντα :**

- Φορολογική ενημερότητα.
- Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, **κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου.** Η Αναθέτουσα αρχή στην

περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.

12. Παρακολούθηση και παραλαβή

Η παράδοση των υλικών **γίνεται εξολοκλήρου ή τμηματικά** ανάλογα με τις ανάγκες και κατόπιν παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα.

Η παραλαβή πραγματοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 221 , παρ.11β του Ν.441/2016.

Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

13. Πληρωμή αναδόχου

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα και με το άρθρο 13. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

14. Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.

2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/2016.

4. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής

5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.

Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.

15. Ματαίωση:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ' ολοκλήρου ή τμημάτων του διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες.

Η ανωτέρω πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η Διοικήτρια

ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΙΦΕΡΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΙΑΛΙΔΙΑ

Α/ Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΑΤ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ), ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13Χ100ΜΜ, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM . ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6ML ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 10,8MG EDTA Κ2
2	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ, ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΧΩΡΙΣ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ , ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.
2α	ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13Χ100ΜΜ, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM . ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6ML
2β	ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 16Χ100ΜΜ, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM . ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 9ML
3	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ, ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ SODIUM CITRATE 3,2%-0,109M, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ , ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE , LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13Χ75ΜΜ, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2,7ML ΠΕΡΙΠΟΥ
4	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE , LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13Χ75ΜΜ, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3ML ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 5,4 MG EDTA -K3
5	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ - ΝΕΟΓΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΣΚΑΦΑΚΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΟΥ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ, ΠΡΟΣΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΟΣ, ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ.
5α	ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ: 250- 500 ML.
5β	ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ: 400-600 ml
6	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ α) 21G, β) 22G ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΝΑ

	ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ , ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΕΒΑ , ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΕΜΦΑΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΨΙΜΑ.
7	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΓΚΟΛΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΕΒΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ. ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ 178 MM). Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ, ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΦΑΝΗ, ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ. Α) 21G , Β) 23G, Γ) 25G.
8	ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ α) ΣΕ ΒΕΛΟΝΕΣ Ή ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ, β) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΘΥ ΑΥΛΟ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΙΜΟΛΥΣΕΩΣ, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΑΚΡΟ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.
9	Σωληνάρια RIA 5ml διαφανή πλαστικά
10	Σωληνάρια γυάλινα δοκιμαστικά άνευ χείλους διαστ. 16/17x160 PYREX
11	Σωληνάρια κωνικά πλαστικά άνευ χείλους
12	Σωληνάρια μικροαιματοκρίτη χωρίς ηπαρίνη
13	Σωληνάρια αποστειρωμένα με θρεπτικό υλικό και στυλεό, έξω από το σωληνάριο (για καλλιέργεια κολπικού υγρού)
14	Σωληνάρια για άμεσο κολπικό υγρό
15	Φιαλίδια μεταφοράς ούρων & ουροκαλλιέργειας αποστειρωμένα, με βιδωτό πώμα 100-120 ml
16	Φιαλίδια μεταφοράς ούρων μη αποστειρωμένα, με βιδωτό πώμα 100-120 ml
17	Σωληνάρια για ορολογικό έλεγχο αίματος χωρητικότητας 8-10ml. Διαστάσεων 16X10mm χωρίς αντιπηκτικό και με GEL διαχωρισμού, εύκολης διάτρησης με πιεστό πώμα ασφαλείας, κενού αέρα.
18	Σωληνάρια για μοριακό έλεγχο αίματος διαστάσεων 16X100mm με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm, χωρητικότητας 9-10ml με αντιπηκτικό 1,8 mg/ml EDTA K2, κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά αύθραυστα. Να φέρουν ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς. Να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής REF. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία EN ISO 1137 με sterility assurance level. Να μην περιέχουν latex, Dry Natural.
19	Ειδικά φιαλίδια PRESERVCYT 20ML για ΠΑΠ ΤΕΣΤ (γαλάζιο). Υλικά για τη λήψη κολποτραχηλικού δείγματος για ThinPrep Pap Test και HPV τεστ Φιαλίδιο 20ml για Παπ Τεστ Να είναι διάλυμα για μεταφορά, μονιμοποίηση και συντήρηση κυττάρων για δείγματα Παπ Τεστ σε φιαλίδιο των 20 ml και συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep. Το προσφερόμενο είδος να λειτουργεί με τη μέθοδο κυτταρολογίας υγρής φάσης με χρήση φίλτρου. Η διαδικασία επίστρωσης να περιλαμβάνει τα στάδια: α) εισαγωγή του φίλτρου μέσα στο φιαλίδιο, περιστροφή του φίλτρου, δημιουργία στροβιλισμών

και διασποράς των κυττάρων, β) άσκηση αρνητικής πίεσης και συλλογής των κυττάρων στην επιφάνεια της μεμβράνης, γ) αναστροφή φίλτρου, πίεση προς την αντικειμενοφόρο πλάκα, συγκόλληση και ομοιογενή κατανομή των κυττάρων σε καθορισμένη περιοχή. Όλες οι διαδικασίες να εκτελούνται αυτόματα. Να μην υπάρχει καμία παρέμβαση του χρήστη.

Το διάλυμα να περιέχει τουλάχιστον 35% - 55% μεθανόλη.

Να είναι πιστοποιημένο από το FDA για εφαρμογή μοριακών μεθόδων, όπως ανίχνευση της HPV λοίμωξης.

CervexBrush Non-Sterile

Το βουρτσάκι να είναι πλαστικό και κατάλληλο για λήψη κυτταρολογικού επιχρίσματος από τον ενδοτράχηλο αλλά επίσης και από τον εξωτράχηλο και τη ζώνη μετάπτωσης με μία κίνηση και ταυτοχρόνως.

Το πρόσθιο μέρος του να αποτελείται από μεγάλο αριθμό (>180) ημικυκλικών, μαλακών και εύκαμπτων ινών για λήψη από τον ενδοτράχηλο και αντίστοιχα από αριθμό >45 ευέλικτων, ημικυκλικών και εύκαμπτων τριχιδίων για λήψη από τον εξωτράχηλο.

23PROC012861281 2023-06-13

...